

Łódź, 12 października 2017r.

W związku z zadanymi pytaniami jakie wpłynęły do zamawiającego, poniżej przedstawiam odpowiedzi.

Pytanie:

załącznik nr 7 do siwz - pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie posiadającego fabrycznie wbudowanej baterii ale posiadający zasilacz UPS?

Odpowiedź:

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ.

Pytanie:

załącznik nr 7 do siwz - pkt 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadający matrycową głowicę convex o 600 elementach i kącie obrazowania 70 stopni?

Odpowiedź:

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ.

Pytanie:

załącznik nr 7 do siwz - pkt 22

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie posiadającego pakietu obliczeniowego wg zaleceń towarzystwa IOTA?

Odpowiedź:

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ.

Pytanie:

załącznik nr 7 do siwz - pkt 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie posiadającego automatycznych pomiarów biometrycznych?

Odpowiedź:

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ.

Pytanie:

załącznik nr 7 do siwz - pkt 27

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie posiadającego możliwości tworzenia gotowych opisów jako tzw. Template?

Odpowiedź:

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ.

Pytanie:

załącznik nr 7 do siwz - pkt 29

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadający wszystkie funkcje obrazów, ale nie obrazów zarchiwizowanych?

Odpowiedź:

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ.

Pytanie:

załącznik nr 7 do siwz - pkt 38

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadający możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D i 3D w czasie rzeczywistym z prędkością skanowania 35 vol/s?

Odpowiedź:

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ.

Pytanie:

załącznik nr 7 do siwz - pkt 34

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie posiadającego możliwości zdalnego serwisowania przez sieć internetową?

Odpowiedź:

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ.

Pytanie:

załącznik nr 7 do siwz - pkt 36

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadającego głowicę convex 4D o kącie skanowania 85 stopni?

Odpowiedź:

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ.

Pytanie:

załącznik nr 7 do siwz - pkt 37

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadającego głowicę convex endovaginalna 4D o kącie obrazowania 140 stopni?

Odpowiedź:

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ.

Dyrektor

Żaneta Iwańczyk